

# Guía para el Equipo de Extracción de la Cancha por Paro Cardíaco



Asegúrese que todos los DEA estén funcionando antes del kick-off

- Asegúrese la vigencia de las almohadillas de desfibrilación
- Asegúrese que haya tijeras en el paquete
- Asegúrese que la toalla esté en el paquete
- Asegúrese que la máquina de afeitar esté en el paquete
- Asegúrese que la batería esté funcionando

Normalmente, será obvio si un jugador u oficial se ha derrumbado repentinamente.

Si no es así y cree que ha presenciado un colapso repentino, avise de inmediato al Equipo de Traslado / Extracción de Atención Inmediata 1 para que pueda comenzar las comunicaciones por radio.

En el caso de un colapso repentino, el Equipo de Extracción de la Cancha debe prepararse inmediatamente con el miembro 5 del equipo de extracción yendo al carrito, si estuviera disponible y / o recogiendo el dispositivo de extracción.

**Miembro 1 del Equipo de extracción:** lleva una bolsa de trauma

**Miembro 2 del Equipo de extracción:** lleva el DEA

**Miembro 5 del Equipo de extracción:** conduce el carrito si estuviera disponible / asegura que se lleve el equipo de extracción

## Paro cardíaco sospechado o confirmado dentro del Campo de juego

### Reconocimiento

- Jugador u Oficial colapsa al suelo
- Jugador u Oficial está lejos de la pelota cuando se produce el colapso
- Jugador u Oficial colapsa después de un traumatismo en el pecho (Commotio Cordis), es decir, un tackle muy fuerte
- Jugador u Oficial colapsa con actividad similar a convulsiones

### Al llegar hasta el Jugador / Oficial

- Puede tener movimiento respiratorio continuo, en algunos casos esto puede parecer bastante rápido
- No responde
- Puede tener actividad convulsiva

### Reanimación en el Campo de Juego – Roles

- **Miembro 1 del Equipo de Extracción:** comenzará las compresiones torácicas.
- **Miembro 2 del Equipo de Extracción:** cortará la camisa y aplicará almohadillas del DEA; los miembros 1 y 2 del Equipo de Extracción deben comunicarse para garantizar que los shocks se administren lo antes posible sin interrupción prolongada de las compresiones torácicas.
- **Miembro 3 del Equipo de Extracción:** abrirá la bolsa roja y comenzará a prepararse para las ventilaciones/inserción de i-Gel junto con el Médico de Atención Inmediata si estuviera disponible.
- **Miembro 4 del Equipo de Extracción:** ayudará al Paramédico 5 a preparar la camilla de cuchara y el equipamiento adicional según sea necesario.
- **Miembro 5 del Equipo de Extracción:** asegurará que el carrito esté estacionado en una posición adecuada listo para el retiro del campo de juego.

### Reanimación en el Campo de Juego – Acciones

- En el caso de que sea desfibrilable, se dispararán 3 shocks según los lineamientos actuales mientras esté en el campo de juego.
- Si la frecuencia no es desfibrilable después de un shock para más de un ciclo de RCP, debe comenzar la preparación para trasladar el paciente.

### Nota adicional

- El uso de un dispositivo mecánico de compresión torácica, si estuviera disponible, debe decidirse según el caso, pero se comunicará a los acompañantes del jugador u oficial.
- Los Miembros 4 y 5 del Equipo de Extracción serán responsables de garantizar que haya sido revisado y esté disponible si fuera necesario.
- Debido a la naturaleza del evento, es importante considerar la dignidad del paciente.
- La comunicación clara es esencial para la buena atención del paro cardíaco.